

**Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży  
18 - 400 Łomża  
Szosa Zambrowska 1/27**

*Tel 086-2156949*

**USG 2015**

**21.10.2015r.**

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy; przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i montaż aparatu USG dla Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży .**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z .2013 r. poz. 907 ze zm.) ZPOZ z siedzibą w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. W związku z dostawą aparatu USG prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczane go urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

**Nie wymaga**

2. Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

**Nie wymaga**

3. Czy Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone licencje? Proszę wskazać jakim okresem gwarancji mają być objęte licencje.

**Nie wymaga**

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf dysponujący dynamiką systemu 250 dB?

**Zgodnie z SIWZ**

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf cechujący się zakresem stosowanych częstotliwości pracy do 16 MHz?

**Zgodnie z SIWZ**

6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf o obrocie konsoli operatora  $\pm 30^\circ$ ?

**Zgodnie z SIWZ**

7. Czy Zamawiający uznał by za słuszne by ultrasonograf przeznaczony do tak precyzyjnych badań cechował się wyjątkowo niskim poziomem generowanego hałasu do 40 dB?

**Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza**

8. Czy Zamawiający uznał by za słuszne by ultrasonograf przeznaczony do tak precyzyjnych badań cechował się odpowiednio wysokim poziomem częstotliwości odświeżania powyżej 2000 Hz?

**Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza**

9. Czy Zamawiający uznał by za słuszne by ultrasonograf przeznaczony do tak precyzyjnych badań cechował się odpowiednio dużym monitorem min 22" o wysokiej rozdzielczości FullHD?

**Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza**

10. Czy Zamawiający uznał by za słuszne by ultrasonograf przeznaczony do tak precyzyjnych badań cechował się czterema gniazdami dla sond obrazowych?

**Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza**

11. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf o korekcji kąta bramki Dopplerowskiej  $\pm 70^\circ$ ?

**Zgodnie z SIWZ**

12. Czy Zamawiający uznał by za słuszne by ultrasonograf przeznaczony do tak precyzyjnych badań cechował się min 8 strefami ogniskowania?

**Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza**

13. Czy Zamawiający uznał by za słuszne by ultrasonograf przeznaczony do tak precyzyjnych badań cechował się obrazowaniem 4D z prędkością min 45 obrazów na sekundę?

**Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ**

14. Czy Zamawiający uznał by za słuszne by nowoczesny ultrasonograf posiadał funkcję automatycznego wyznaczania NT i IT z obrazu 3D?

**Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza**

15. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf bez funkcji powiększania pętli obrazowych?

**Zgodnie z SIWZ**

16. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf wyposażony w głowicę convex o kącie widzenia  $55^\circ$ ?

**Zgodnie z SIWZ**

17. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf wyposażony w głowicę convex o min 150 elementach?

**Zgodnie z SIWZ**

18. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf wyposażony w głowicę liniową pracującą 16 MHz?

**Zamawiający określił zakres częstotliwości pracy dla głowicy liniowej - min. 3 do 11 MHz  $\pm 1$  MHz . Jeżeli oferowana głowica spełnia powyższy zakres lub go przekracza zostanie dopuszczona.**

19. Czy Zamawiający uznał by za słuszne by ultrasonograf przeznaczony do tak precyzyjnych badań cechował się możliwością graficznej prezentacji RI MCA (indeks oporu tętnicy środkowej mózgu), PI MCA (indeks pulsacji tętnicy środkowej mózgu), RI UA (indeks oporu tętnicy pępowinowej), PI UA (indeks pulsacji tętnicy pępowinowej) na siatce centylowej?

**Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza**

20. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf o pamięci dynamicznej obrazu dla trybu B min 60 sec?

**Zgodnie z SIWZ**

21. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf bez możliwości zapisywania w formatach MOV oraz MPEG, które nie są standardowo obsługiwane przez system Windows?

**Zgodnie z SIWZ**

22. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf wyposażony w videoprinter standardowego formatu A6 a nie o połowę mniejszego formatu A7?

**Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza**

23. Tabela punkt 12 – Wnioskujemy o usunięcie wymagania. Producent urządzeń medycznych, a tym samym i Wykonawca, nie może zagwarantować i oświadczyć w ofercie, że produkcja oferowanego urządzenia będzie kontynuowana przez pięć lat. Wraz z szybkim rozwojem nowych technologii i rosnącymi potrzebami stawianymi producentom urządzeń przez rynek aparaty poddawane są ciągłym modyfikacjom oraz tworzone są ich nowe wersje, w związku z czym żaden Wykonawca nie ma informacji i nie może przewidzieć, czy obecnie oferowany aparat nie zostanie zastąpiony w ciągu 5 lat przez model nowszego typu. Ponadto informacje takie jak plany produkcyjne firmy objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, co oznacza, że dostęp do tych informacji jest chroniony przez firmę. W związku z tym wnosimy o wykreślenie punktu 12 z uwagi na to, że spełnienie tych wymagań nie jest zależne od rzeczywistych możliwości wykonawcy, co w konsekwencji powoduje, że nie możemy przyjąć na siebie odpowiedzialności za okoliczności, które pozostają poza naszą sferą wpływów.

**Zamawiający, biorąc pod uwagę argumenty zawarte w powyższym pytaniu, świadomie użył w zapisie wymogu alternatywę: kontynuacja produkcji urządzenia lub jego wersji rozwojowej przez co najmniej 5 lat. Przez sformułowanie „wersja rozwojowa” Zamawiający rozumie nie tylko zmiany technologiczne i techniczne w danym modelu ale także opracowanie nowej wersji aparatu.**

24. W załączniku numer 7 do SIWZ Zamawiający zawarł wymóg przedstawienia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, której obowiązek złożenia wraz z ofertą nakłada na wykonawcę art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem - oprócz nazwy firmy - siedziby (nazwa prowadzonej działalności gospodarczej ujawniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG) numer NIP/KRS.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu przedstawienia dodatkowych informacji poza nazwą podmiotu?

Uzasadnienie:

Z uwagi na znaczną objętość stron listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, oraz fakt, że większość podmiotów wchodzących w jej skład jest podmiotem zagranicznym, który nie posiada numeru NIP czy KRS, Wykonawca nie jest w stanie przedłożyć listy, która oprócz nazwy firmy miałaby zawierać również informacje wymagane przez Zamawiającego w oświadczeniu.

**Tak dopuszczamy**

25. Par. 6 ust. 1 pkt b) c) d) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 0.2% za każdy dzień zwłoki. W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

**Zgodnie z SIWZ**

DYREKTOR  
ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

mgr inż. Stanisław Studencki